



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

Испытательный центр ФБУ "Ростест-Москва" (Сергиево-Посадский филиал)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10ПЛ01 от 05.05.2015

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. +7 (496) 5522111, факс +7 (496) 5522100, E-mail: icenter.sps@rostest.ru

Адрес места осуществления деятельности: 141300, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район,
Сергиев Посад, Академика Силина, д. 7



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательного
центра

Ю.В. Пивоваров

25.11.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-055649-21 от 25.11.2021.

Наименование образца испытаний*: Мясные полуфабрикаты. Кусковые. Крупнокусковые, бескостные. Окорок косули

Изготовитель*: ООО «Любо». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

Заявитель: ООО "Любо". Место нахождения: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

Заказчик: ООО "Любо". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

На соответствие требованиям*: ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заявка: № 005861 от 16.11.2021

Дата поступления образца: 16.11.2021

Дата проведения испытаний: с 16.11.2021 по 25.11.2021

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Заклучение: Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям в соответствии с критериями оценки результата испытаний, установленными ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний (при наличии) приведены в Приложении к протоколу.

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Описание образца:

Сведения о маркировке: Срок годности: 14 месяцев

Количество отобранных образцов: 1,2 кг

Полуфабрикаты мясные кусковые и рубленые из мяса диких животных (ТУ 10.13.14-485-37676459-2017)

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)				
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 ISO 6579:2002
<i>Listeria monocytogenes</i>	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 32031-2012
Микробиологические нормативы безопасности				
КМАФАнМ	КОЕ/г	не более $5 \cdot 10^5$	$7,8 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП	-	не допускаются в 0,001 г	не обнаружено в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012 п.4.1
Гигиенические требования безопасности				
Токсичные элементы				
Свинец	мг/кг	не более 0,5	менее 0,05	ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31671-2012 EN 13805:2002
Мышьяк	мг/кг	не более 0,1	менее 0,01	ГОСТ Р 51766-2001
Кадмий	мг/кг	не более 0,05	менее 0,01	ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31671-2012 EN 13805:2002
Ртуть	мг/кг	не более 0,03	менее 0,01	ГОСТ 33412-2015

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 15040002, Протокол № 06/03/770п-21, действительно до 27.10.2022.
2. Гигрометр Rotronic модификации HygroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60427686, Свидетельство № С-ТТ/04-03-2021/42285251, действительно до 03.03.2022.
3. Весы лабораторные электронные CE SE 612-С, зав.№ 34225049, Свидетельство № С-ТТ/01-03-2021/41424169, действительно до 28.02.2022.
4. Весы лабораторные электронные ALC мод. ALC-150 d3, зав.№ 19206791, Свидетельство № С-ТТ/01-03-2021/41812982, действительно до 28.02.2022.
5. pH-метр Эксперт-pH, зав.№ 140, Свидетельство № С-ТТ/05-03-2021/43440203, действительно до 04.03.2022.
6. Барометр - anerоид метеорологический БАММ-1, зав.№ 370, Свидетельство № С-ТТ/27-04-2021/60195461, действительно до 26.04.2022.
7. Мультиметр цифровой АМ-1171, зав.№ 099106068, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/08-06-2021/69045270, действительно до 07.06.2022.
8. Термостат суховоздушный электрический охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, зав.№ 6966, Протокол № 06/03/169п-21, действительно до 08.03.2022.
9. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 79, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
10. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 94, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
11. Термометр технический стеклянный ТТЖ, зав.№ 3, Клеймо № III кв. 2020, действительно до 16.09.2023.
12. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, зав.№ 54557, Протокол № 06/080п-21, действительно до 03.02.2022.
13. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 14120007, Протокол № 06/03/769п-21, действительно до 27.10.2022.
14. Термометр стеклянный ТТ Ж, зав.№ 71, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 16.09.2023.

2021, действительно до 28.08.2023.

15. Дозатор пипеточный, одноканальный Finnpiptette F2 1000-10000 мкл, зав.№ NH40458, Свидетельство № С-ТТ/22-07-2021/81019035, действительно до 21.07.2022.

16. Ваня водяная LOIP LB-160, зав.№ 5224, Протокол № 06/103п-21, действительно до 07.02.2022.

17. Электропечь сопротивления лабораторная «SNOL 8,2/1100», зав.№ 14068, Протокол № 06/620п-21, действительно до 19.07.2022.

18. Печь низкотемпературная SNOL 58/350, зав.№ 08993, Протокол № 06/098п-21, действительно до 07.02.2022.

19. Гигрометр Rotronic модификации HydroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60427681, Свидетельство № С-ТТ/04-03-2021/42285249, действительно до 03.03.2022.

20. Дозатор механический одноканальный BIONIT (1000-5000) мкл, зав.№ 13543104, Свидетельство № С-ТТ/12-11-2021/107969485, действительно до 11.11.2022.

21. Дозатор механический одноканальный BIONIT (100-1000) мкл, зав.№ 13511147, Свидетельство № С-ТТ/12-11-2021/107969500, действительно до 11.11.2022.

22. Дозатор механический «BIONIT PROLINE» (20...200) мкл, зав.№ 10119694, Свидетельство № С-ТТ/22-07-2021/81019058, действительно до 21.07.2022.

23. Весы лабораторные электронные CE1502-С, зав.№ 22925084, Свидетельство № С-ТТ/01-03-2021/41424173, действительно до 28.02.2022.

24. Весы лабораторные электронные LE324S, зав.№ 21708925, Свидетельство № С-ТТ/01-03-2021/41424175, действительно до 28.02.2022.

25. Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-2, мод. КВАНТ-2АТ, зав.№ 701, Свидетельство № С-ТТ/05-04-2021/54345214, действительно до 04.04.2022.

Конец протокола





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

Испытательный центр ФБУ "Ростест-Москва" (Сергиево-Посадский филиал)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10ПЛО1 от 05.05.2015

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. +7 (496) 5522111, факс +7 (496) 5522100, E-mail: icenter.sps@rostest.ru

Адрес места осуществления деятельности: 141300, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район,
Сергиев Посад, Академика Силина, д. 7



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательного
центра

Ю.В. Пивоваров

25.11.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-055652-21 от 25.11.2021.

Наименование образца испытаний*: Мясные полуфабрикаты. Кусковые. Крупнокусковые, бескостные. Окорок бобра

Изготовитель*: ООО «Любо». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

Заявитель: ООО "Любо". Место нахождения: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

Заказчик: ООО "Любо". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

На соответствие требованиям*: ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заявка: № 005861 от 16.11.2021

Дата поступления образца: 16.11.2021

Дата проведения испытаний: с 16.11.2021 по 25.11.2021

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Заключение: Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям в соответствии с критериями оценки результата испытаний, установленными ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний (при наличии) приведены в Приложении к протоколу.

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Описание образца:

Сведения о маркировке: Срок годности: 14 месяцев

Количество отобранных образцов: 1,37 кг

Полуфабрикаты мясные кусковые и рубленые из мяса диких животных (ТУ 10.13.14-485-37676459-2017)

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Требования радиационной безопасности				
Удельная активность цезия-137	Бк/кг	Допустимый уровень: 300	0 (расширенная неопределенность измерения: 2,9)	ГОСТ 32161-2013 ФР.1.40.2017.257 74
Показатель соответствия критериям радиационной безопасности	-	не более 1,0	0 (значение неопределенности показателя соответствия: 0,010)	ГОСТ 32161-2013
Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)				
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 ISO 6579:2002
<i>Listeria monocytogenes</i>	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 32031-2012
Микробиологические нормативы безопасности				
КМАФАнМ	КОЕ/г	не более $5 \cdot 10^5$	$9,5 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП	-	не допускаются в 0,001 г	не обнаружено в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012 п.4.1

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад", зав.№ 1985, Свидетельство № С-ТТ/18-10-2021/103651858, действительно до 17.10.2022.
2. Весы лабораторные электронные CE1502-С, зав.№ 22925084, Свидетельство № С-ТТ/01-03-2021/41424173, действительно до 28.02.2022.
3. Гигрометр Rotronic модификации HydroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60427681, Свидетельство № С-ТТ/04-03-2021/42285249, действительно до 03.03.2022.
4. Барометр - aneroid метеорологический ВАММ-1, зав.№ 370, Свидетельство № С-ТТ/27-04-2021/60195461, действительно до 26.04.2022.
5. Мультиметр цифровой АМ-1171, зав.№ 099106068, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/08-06-2021/69045270, действительно до 07.06.2022.
6. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 15040002, Протокол № 06/03/770п-21, действительно до 27.10.2022.
7. Гигрометр Rotronic модификации HygroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60427686, Свидетельство № С-ТТ/04-03-2021/42285251, действительно до 03.03.2022.
8. Весы лабораторные электронные CE CE 612-С, зав.№ 34225049, Свидетельство № С-ТТ/01-03-2021/41424169, действительно до 28.02.2022.
9. Весы лабораторные электронные ALC мод. ALC-150 d3, зав.№ 19206791, Свидетельство № С-ТТ/01-03-2021/41812982, действительно до 28.02.2022.
10. pH-метр Эксперт-pH, зав.№ 140, Свидетельство № С-ТТ/05-03-2021/43440203, действительно до 04.03.2022.
11. Термостат суховоздушный электрический охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, зав.№ 6966, Протокол № 06/03/169п-21, действительно до 08.03.2022.
12. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 79, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
13. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 94, Знак поверки системы измерения № III кв.

2020, действительно до 20.08.2022.

14. Термометр технический стеклянный ТТЖ, зав.№ 3, Клеймо № III кв. 2020, действительно до 16.09.2023.

15. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, зав.№ 54557, Протокол № 06/080п-21, действительно до 03.02.2022.

16. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 14120007, Протокол № 06/03/769п-21, действительно до 27.10.2022.

17. Термометр стеклянный ТТ Ж, зав.№ 71, Знак поверки системы измерения № III кв. 2021, действительно до 28.08.2023.

Конец протокола





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

Испытательный центр ФБУ "Ростест-Москва" (Сергиево-Посадский филиал)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10ПЛО1 от 05.05.2015

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. +7 (496) 5522111, факс +7 (496) 5522100, E-mail: icenter.sps@rostest.ru

Адрес места осуществления деятельности: 141300, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район,
Сергиев Посад, Академика Силина, д. 7



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательного
центра

Ю.В. Пивоваров

22.11.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-055651-21 от 22.11.2021.

Наименование образца испытаний*: Мясные полуфабрикаты. Кусковые. Крупнокусковые, бескостные. Лопатка лосося

Изготовитель*: ООО «Любо». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

Заявитель: ООО "Любо". Место нахождения: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

Заказчик: ООО "Любо". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

На соответствие требованиям*: ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заявка: № 005861 от 16.11.2021

Дата поступления образца: 16.11.2021

Дата проведения испытаний: с 16.11.2021 по 22.11.2021

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Заключение: Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям в соответствии с критериями оценки результата испытаний, установленными ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний (при наличии) приведены в Приложении к протоколу.

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Описание образца:

Сведения о маркировке: Срок годности: 14 месяцев

Количество отобранных образцов: 1,0 кг

Полуфабрикаты мясные кусковые и рубленые из мяса диких животных (ТУ 10.13.14-485-37676459-2017)

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)				
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 ISO 6579:2002
<i>Listeria monocytogenes</i>	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 32031-2012
Микробиологические нормативы безопасности				
КМАФАМ	КОЕ/г	не более $5 \cdot 10^5$	$8,9 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП	-	не допускаются в 0,001 г	не обнаружено в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012 п.4.1

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 15040002, Протокол № 06/03/770п-21, действительно до 27.10.2022.
2. Гигрометр Rotronic модификации HygroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60427686, Свидетельство № С-ТТ/04-03-2021/42285251, действительно до 03.03.2022.
3. Весы лабораторные электронные CE CE 612-C, зав.№ 34225049, Свидетельство № С-ТТ/01-03-2021/41424169, действительно до 28.02.2022.
4. Весы лабораторные электронные ALC мод. ALC-150 d3, зав.№ 19206791, Свидетельство № С-ТТ/01-03-2021/41812982, действительно до 28.02.2022.
5. pH-метр Эксперт-pH, зав.№ 140, Свидетельство № С-ТТ/05-03-2021/43440203, действительно до 04.03.2022.
6. Барометр - aneroid метеорологический БАММ-1, зав.№ 370, Свидетельство № С-ТТ/27-04-2021/60195461, действительно до 26.04.2022.
7. Мультиметр цифровой AM-1171, зав.№ 099106068, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/08-06-2021/69045270, действительно до 07.06.2022.
8. Термостат суховоздушный электрический охлаждающий TCO-1/80 СПУ, зав.№ 6966, Протокол № 06/03/169п-21, действительно до 08.03.2022.
9. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 79, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
10. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 94, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
11. Термометр технический стеклянный ТТЖ, зав.№ 3, Клеймо № III кв. 2020, действительно до 16.09.2023.
12. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, зав.№ 54557, Протокол № 06/080п-21, действительно до 03.02.2022.
13. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 14120007, Протокол № 06/03/769п-21, действительно до 27.10.2022.
14. Термометр стеклянный ТТ Ж, зав.№ 71, Знак поверки системы измерения № III кв. 2021, действительно до 28.08.2023.

Конец протокола





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

Испытательный центр ФБУ "Ростест-Москва" (Сергиево-Посадский филиал)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10ПЛ01 от 05.05.2015

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. +7 (496) 5522111, факс +7 (496) 5522100, E-mail: icenter.sps@rostest.ru

Адрес места осуществления деятельности: 141300, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район,
Сергиев Посад, Академика Силина, д. 7



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательного
центра

Ю.В. Пивоваров

22.11.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-055650-21 от 22.11.2021.

Наименование образца испытаний*: Мясные полуфабрикаты. Кусковые. Крупнокусковые, бескостные. Окорок марала

Изготовитель*: ООО «Любо». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

Заявитель*: ООО "Любо". Место нахождения: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

Заказчик*: ООО "Любо". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

На соответствие требованиям*: ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заявка: № 005861 от 16.11.2021

Дата поступления образца: 16.11.2021

Дата проведения испытаний: с 16.11.2021 по 22.11.2021

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Заключение: Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям в соответствии с критериями оценки результата испытаний, установленными ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний (при наличии) приведены в Приложении к протоколу.

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Описание образца:

Сведения о маркировке: Срок годности: 14 месяцев

Количество отобранных образцов: 1,1 кг

Полуфабрикаты мясные кусковые и рубленые из мяса диких животных (ТУ 10.13.14-485-37676459-2017)

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)				
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 ISO 6579:2002
<i>Listeria monocytogenes</i>	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 32031-2012
Микробиологические нормативы безопасности				
КМАФАМ	КОЕ/г	не более $5 \cdot 10^5$	$8,3 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП	-	не допускаются в 0,001 г	не обнаружено в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012 п.4.1

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 15040002, Протокол № 06/03/770п-21, действительно до 27.10.2022.
2. Гигрометр Rotronic модификации HygroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60427686, Свидетельство № С-ТТ/04-03-2021/42285251, действительно до 03.03.2022.
3. Весы лабораторные электронные CE CE 612-C, зав.№ 34225049, Свидетельство № С-ТТ/01-03-2021/41424169, действительно до 28.02.2022.
4. Весы лабораторные электронные ALC мод. ALC-150 d3, зав.№ 19206791, Свидетельство № С-ТТ/01-03-2021/41812982, действительно до 28.02.2022.
5. pH-метр Эксперт-pH, зав.№ 140, Свидетельство № С-ТТ/05-03-2021/43440203, действительно до 04.03.2022.
6. Барометр - anerоид метеорологический БАММ-1, зав.№ 370, Свидетельство № С-ТТ/27-04-2021/60195461, действительно до 26.04.2022.
7. Мультиметр цифровой АМ-1171, зав.№ 099106068, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/08-06-2021/69045270, действительно до 07.06.2022.
8. Термостат суховоздушный электрический охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, зав.№ 6966, Протокол № 06/03/169п-21, действительно до 08.03.2022.
9. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 79, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
10. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 94, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
11. Термометр технический стеклянный ТТЖ, зав.№ 3, Клеймо № III кв. 2020, действительно до 16.09.2023.
12. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, зав.№ 54557, Протокол № 06/080п-21, действительно до 03.02.2022.
13. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 14120007, Протокол № 06/03/769п-21, действительно до 27.10.2022.
14. Термометр стеклянный ТТ Ж, зав.№ 71, Знак поверки системы измерения № III кв. 2021, действительно до 28.08.2023.

Конец протокола





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

Испытательный центр ФБУ "Ростест-Москва" (Сергиево-Посадский филиал)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10ПЛО1 от 05.05.2015

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. +7 (496) 5522111, факс +7 (496) 5522100, E-mail: icenter.sps@rostest.ru

Адрес места осуществления деятельности: 141300, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район,
Сергиев Посад, Академика Силина, д. 7



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Испытательного
центра

Ю.В. Пивоваров

22.11.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-055648-21 от 22.11.2021.

Наименование образца испытаний*: Мясные полуфабрикаты. Кусковые. Крупнокусковые, бескостные. Лопатка кабана

Изготовитель*: ООО «Любо». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

Заявитель: ООО "Любо". Место нахождения: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

Заказчик: ООО "Любо". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5

На соответствие требованиям*: ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заявка: № 005861 от 16.11.2021

Дата поступления образца: 16.11.2021

Дата проведения испытаний: с 16.11.2021 по 22.11.2021

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Заключение: Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям в соответствии с критериями оценки результата испытаний, установленными ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний (при наличии) приведены в Приложении к протоколу.

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Описание образца:

Сведения о маркировке: Срок годности: 14 месяцев

Количество отобранных образцов: 0,9 кг

Полуфабрикаты мясные кусковые и рубленые из мяса диких животных (ТУ 10.13.14-485-37676459-2017)

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)				
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 ISO 6579:2002
<i>Listeria monocytogenes</i>	-	не допускаются в 25,0 г	не обнаружено в 25,0 г	ГОСТ 32031-2012
Микробиологические нормативы безопасности				
КМАФАнМ	КОЕ/г	не более $5 \cdot 10^5$	$9,1 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП	-	не допускаются в 0,001 г	не обнаружено в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 15040002, Протокол № 06/03/770п-21, действительно до 27.10.2022.
2. Гигрометр Rotronic модификации HygroPalm, исполнение HP21, зав.№ 60427686, Свидетельство № С-ТТ/04-03-2021/42285251, действительно до 03.03.2022.
3. Весы лабораторные электронные CE CE 612-C, зав.№ 34225049, Свидетельство № С-ТТ/01-03-2021/41424169, действительно до 28.02.2022.
4. Весы лабораторные электронные ALC мод. ALC-150 d3, зав.№ 19206791, Свидетельство № С-ТТ/01-03-2021/41812982, действительно до 28.02.2022.
5. pH-метр Эксперт-pH, зав.№ 140, Свидетельство № С-ТТ/05-03-2021/43440203, действительно до 04.03.2022.
6. Барометр - aneroid метеорологический БАММ-1, зав.№ 370, Свидетельство № С-ТТ/27-04-2021/60195461, действительно до 26.04.2022.
7. Мультиметр цифровой AM-1171, зав.№ 099106068, Свидетельство о поверке средства измерения № С-ТТ/08-06-2021/69045270, действительно до 07.06.2022.
8. Термостат суховоздушный электрический охлаждающий TCO-1/80 СПУ, зав.№ 6966, Протокол № 06/03/169п-21, действительно до 08.03.2022.
9. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 79, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
10. Термометр складской ТС-7АМ, зав.№ 94, Знак поверки системы измерения № III кв. 2020, действительно до 20.08.2022.
11. Термометр технический стеклянный ТТЖ, зав.№ 3, Клеймо № III кв. 2020, действительно до 16.09.2023.
12. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, зав.№ 54557, Протокол № 06/080п-21, действительно до 03.02.2022.
13. Инкубатор «MIR 262», зав.№ 14120007, Протокол № 06/03/769п-21, действительно до 27.10.2022.
14. Термометр стеклянный ТТ Ж, зав.№ 71, Знак поверки системы измерения № III кв. 2021, действительно до 28.08.2023.

Конец протокола

